

SCOTCH TEST

Modalità di raccolta campione

Rev 01
del 01/02/2023
pag. 1/1

- **Al risveglio, prima di lavarsi e di defecare**, applicare sul contorno dell'apertura anale un pezzo di **nastro adesivo trasparente** (circa 4 cm), facendolo ben aderire.
- Togliere il nastro adesivo e incollarlo sulla superficie di un vetrino da laboratorio (può essere fornito dallo stesso Laboratorio). Incollare su un solo lato del vetrino, mantenendo il nastro ben disteso ed evitando la formazione di bolle d'aria.
- Consegnare all'accettazione del Laboratorio entro 2-4 ore dalla raccolta. (Trasportare il campione possibilmente all'interno di un barattolo da urinocoltura).

Il test, se negativo, andrebbe ripetuto per 3 volte, preferibilmente a giorni alterni. In caso di positività di uno dei campioni non è più necessario continuare con la raccolta.

Si consiglia di ripetere l'esame dopo 10 giorni dal termine della terapia o come indicato dal medico curante.

N.B.:

- Proteggere le mani con guanti monouso durante la raccolta.
- Togliere i guanti e lavare bene le mani (le uova sono altamente infettanti).
- Non applicare creme o borotalco dalla sera precedente alla raccolta.
- **NON SONO IDONEI** campioni raccolti con **Scotch non trasparente, non aderenti in modo adeguato al vetrino e/o imbrattati di feci.**